

MAIMI PAINT S.L.
C. Ciudad de Sevilla 5
46988 Paterna (Valencia) España.
+ 34 610 32 68 81



VIKING BY DYNAMIC

EXTRA LIGHT SHADOW

Mešanica za uporabo pri tetoviranju.

Barvna sestava: voda, glicerin, CI 77266, voda č arovnice, butilen glikol.

Varnostna navodila za uporabo: Po možnosti za enega uporabnika. Pripravite območ ~~ja~~ pigmentacijo v ustreznih aseptič ~~n~~ih. Natanč ~~no~~ količ ~~in~~ izdelka odložite v posamezno sterilno posodo (skodelico) za enkratno uporabo.

Ob koncu del bo zabojnik in preostala vsebina odstranjena v skladu z veljavnimi predpisi o odlaganju odpadkov.

S sterilno iglo za enkratno uporabo implantirajte izdelek. Osebj e za nanašanje mora uporabljati kirurške rokavice. Previdnostni ukrepi: Preizkus kožne alergije bo vedno vnaprej opravljen za vsak izdelek, ki se uporablja, s strani usposobljenega strokovnjaka. Vsebuje nikelj in/ali krom (VI). Lahko povzroč i alergijske reakcije.

Opozorila: Igle nikoli ne vstavljajte v posodo.

Izdelka, ki ostane iz posode, nikoli ne uporabljajte za retuširanje stranke. Uporabljajte sterilne igle in posode za enkratno uporabo.

Ne vdihujte ali zaužijte vsebine.

Ne ravnajte v posodi. Če opazite, da je bila posoda spremenjena, jo zavrzite. Posodo hranite na primernem mestu za shranjevanje, da ohranite stabilnost. Po izvedbi mikropigmentacije se na implantiranem predelu ne sme izvajati nobenih manipulacij.

Po izvedbi pigmentacije ne uporabljajte lič il, prav tako kontaktnih leč , dokler ne mine vsaj 8 dni po izteku pigmentacije.

Po izvedbi mikropigmentacije se na implantiranem predelu ne sme izvajati nobenih manipulacij.

Priporoč lljivo je, da se ne sonč ite (umetno ali naravno) do 3 mesece po implantaciji. Priporoč ila: Pred zač etkom zdravljenja je treba upoštevati naslednja opažanja: · Posebne oskrbe so: diabetiki, z imunsko oslabeledostjo, s težavami pri celjenju, noseč nice, hemofiliki in druge patologije.

· Uporaba izdelka ni priporoč ljliva pri osebah, ki jih prizadenejo: glivice, lokalna okužba kože, lokalni dermatitis, modrice, sonč ne opekline, nevusi, keloidi, nestabilizirane brazgotine, kožni rak, ekcem, luskavica, lokalna vnetja, alergijske reakcije.

· Stanje fizič nega in duševnega zdravja stranke mora biti pred izvedbo implantacije ustrezno.

· V primeru zastrupitve ali nenamernega zaužitja poklič ite toksikološko informacijsko medicinsko službo v vaši državi. Glejte MSDS kontaktne osebe za izdelek v vaši državi/regiji.

Trajanje implantacije: Pigmentacija se razlikuje glede na velikost, ki jo želite izdelati, in nikoli ne presega 4 ur po implantaciji.

Odstranitev vsadka: Če se odloč imo za odstranitev vsadka, mora to opraviti zdravnik specialist.

Posebni pogoji skladišč enja izdelka: Hraniti na hladnem in suhem mestu. Ne pušč ajte izpostavljenega soncu.