

MAIMI PAINT S.L.
C. Ciudad de Sevilla 5
46988 Paterna (Valencia) España.
+ 34 610 32 68 81



VIKING BY DYNAMIC

PURE RED

Mešanica za uporabo pri tetoviranju.

Barvna sestava: voda, glicerol, CI 77891, CI 19140, CI 16255, voda č arovnice, butilen glikol.

Varnostna navodila za uporabo: Po možnosti za enega uporabnika. Pripravite območje za pigmentacijo v ustreznih aseptičnih pogojih. Natančno količino izdelka odložite v posamezno sterilno posodo (skodelico) za enkratno uporabo. Ob koncu del bo zabojnik in preostala vsebina odstranjena v skladu z veljavnimi predpisi o odlaganju odpadkov.

S sterilno iglo za enkratno uporabo implantirajte izdelek. Osebe za nanašanje mora uporabljati kirurške rokavice.

Previdnostni ukrepi: Preizkus kožne alergije bo vedno vnaprej opravljen za vsak izdelek, ki se uporablja, s strani usposobljenega strokovnjaka. Vsebuje nikelj in/ali krom (VI). Lahko povzroči alergijske reakcije.

Opozorila: Igle nikoli ne vstavljajte v posodo.

Izdelka, ki ostane iz posode, nikoli ne uporabljajte za retuširanje stranke. Uporabljajte sterilne igle in posode za enkratno uporabo.

Ne vdihujte ali zaužijte vsebine.

Ne ravajte v posodi. Če opazite, da je bila posoda spremenjena, jo zavrzite. Posodo hranite na primernem mestu za shranjevanje, da ohranite stabilnost. Po izvedbi mikropigmentacije se na implantiranem predelu ne sme izvajati nobenih manipulacij.

Po izvedbi pigmentacije ne uporabljajte ličil, prav tako kontaktnih leč, dokler ne mine vsaj 8 dni po izteku pigmentacije.

Po izvedbi mikropigmentacije se na implantiranem predelu ne sme izvajati nobenih manipulacij.

Priporočljivo je, da se ne sončite (umetno ali naravno) do 3 mesece po implantaciji. Priporočila: Pred začetkom zdravljenja je treba upoštevati naslednja opazanja: · Posebne oskrbe so: diabetiki, z imunsko oslabelostjo, s težavami pri celjenju, nosečnice, hemofiliki in druge patologije.

· Uporaba izdelka ni priporočljiva pri osebah, ki jih prizadenejo: glivice, lokalna okužba kože, lokalni dermatitis, modrice, sončne opekline, nevusi, keloidi, nestabilizirane brazgotine, kožni rak, ekcem, luskavica, lokalna vnetja, alergijske reakcije.

· Stanje fizičnega in duševnega zdravja stranke mora biti pred izvedbo implantacije ustrezno.

· V primeru zastrupitve ali nenamernega zaužitja pokličite toksiškološko informacijsko medicinsko službo v vaši državi.

Glejte MSDS kontaktne osebe za izdelek v vaši državi/regiji.

Trajanje implantacije: Pigmentacija se razlikuje glede na velikost, ki jo želite izdelati, in nikoli ne presega 4 ur po implantaciji.

Odstranitev vsadka: Če se odločimo za odstranitev vsadka, mora to opraviti zdravnik specialist.

Posebni pogoji skladiščenja izdelka: Hraniti na hladnem in suhem mestu. Ne puščajte izpostavljenega soncu.